


ETHAN - BOX

Földgáz vagy mocsárgáz? – Világosan meghatározható!



- hordozható analizátor doboz a földgáz és mocsárgáz (rothadási gáz) egyszerű megkülönböztetésére
- a földgáz a mocsárgázzal szemben kevés etán alkotót tartalmaz (tipikus érték: 0,3 – 8,0 tf. %)
- a már meglévő kombi mérőműszerekkel **EX-TEC SR5** vagy **VARIOTEC 8** -al (V1.8 szoftver változattól) és kúpos szondával (beleértve a szükséges szondacsövet is) összekötve egyszerűen használható
- a különböző gázmintákat a szintetikus levegő hordozógáz az ETHAN BOX elválasztó oszlopaiba nyomja és ott az alkotóit szétválasztja
- a következő komponenseket jelzi az **EX-TEC SR5** vagy **VARIOTEC 8** műszer, melyek a mérés után lehívhatóak:
 - **szénhidrogének CH** összessége
 - **metán CH₄** rész
 - **etán C₂H₆** rész
 - **propán C₃H₈** rész

ETHAN – BOX

- a hibahely világos meghatározása a gázvezetéken az etán alkotó segítségével
- idő megtakarítás a helyszíni analízissel a vezeték ellenőrzése során
- ezzel a körülményes labor analízis elhagyható
- nem szükséges külön áramellátás
- 1 literes szintetikus levegő hordozógáz a szállítási terjedelemben tartozik

MŰSZAKI ADATOK

Mérési elv:	elválasztó oszlopok
Üzemidő:	kb. 5 óra (... egy hordozógázpalackkal)
Üzemi hőmérséklet:	- 05 °C-tól + 30 °C-ig
Tárolási hőmérséklet:	- 25 °C-tól + 70 °C-ig
Méret (SZxHxM):	275 x 110 x 70 mm (hordozógázpalack nélkül)
Súly:	1.300,- gr

Külön tartozékok:

- szintetikus levegő hordozógáz
- kúpos szonda 245 vagy 345 mm hosszú szondacsúccsal
- szondacső 1 m-es

HERMANN SEWERIN GmbH

Robert Bosch Str. 3
D – Gütersloh
Telefon: +49-5241-934 0
Telefax: +49-5241-934 444
<http://www.sewerin.com>
info@sewerin.com

INFORMÁCIÓ:

INOT Kft
Dubóczki Antal
1118 Budapest Torbágy u 6
Tel./fax: (1) 246-9274
Mobil:(70) 514-6414
<http://www.inot.hu>
toni@inot.hu